



DIVERGENCIA NO EDITAL 066/2024

1 mensagem

licitacao@labmedic.com.br <licitacao@labmedic.com.br>
Para: licitacaoquissama@gmail.com

11 de novembro de 2024 às 09:48

Bom dia, conforme contato telefônico Sr(a) Valquiria, o edital 066/2024 que irá ocorrer no dia 26/11, Item 1.1 (gasometria) – edital apresenta incoerência pois solicita equipamento com cooximetria na tabela de especificações técnicas (item 5.1) e sem cooximetria na descrição técnica (item 7.1). O equipamento em uso, atualmente e em contratos anteriores é sem cooximetria.

Obs: Cooximetria é quanto pede metahemoglobina (methHb), CO2Hb, etc

Solicito a retificação do edital.

Att,

Samantha Resende
Analista De Licitação
(31)998645468
LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO
21.947.632/0001-37