



P.M.Q.
Processo nº 8090/24
Rubrica # Fls 644

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
Laboratório do HMMMJ

Processo nº 8090/2024

ASSUNTO: Retificação dos itens 2.1 e 2.2 - letra C do ETP e itens 5.1 e 7.1 - letra C do Termo de Referência, referente ao pregão nº 066/2024 - Contratação de empresa especializada em reagentes para gasometria.

Em resposta ao questionamento feito por email pela empresa Labmedic acerca de incoerência em especificações dos itens informados acima, informo que:

ONDE SE LÊ: Menu de testes: pH, PCO₂, PO₂, SO₂%, Hemoglobina, Na, K, Cl, iCa, Glicose, Lactato.

LEIA-SE: Menu de testes: pH, PCO₂, PO₂, SO₂, Hemoglobina, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, O₂hb, Cohb, Methb, Glicose, Lactato.

Quissamã, 14 de novembro de 2024

Valquiria de Souza e Silva
Bióloga
CRBio: 96392/02-D