

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
 Sistema de Controle de Compras
 Emissão de Solicitações

Solicitação: 000256/2018

Data Cadastro : 30/01/2018 Solicitação Grupo : Comprador : 794 - GILSON.BARCELOS
 Centro de Custo: FMS - 15.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte : OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA
 Prioridade : - NORMAL Nº Processo: Preço Estimado(R\$) : 184.000,00

Custeio : 001 - APLICACAO INTERNA Modalidade de Compra: Compra Direta
 Ficha Número : 695

Finalidade : 1066 - REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
 Emenda Parlamentar - Proposta 11892.333000/1160-09.

Elemento de Despesa: 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente
 Sub Elemento de Despesa: 4490520400 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

Item	Produto	U.M.	Descrição	Qtde.	Sol.	Preço Estimado	Valor Total
0001	049-04-0218-0	UNIDADE	<p>Aparelho de Raio X - Movel. Equipamento Movel de Raios-X com comando e gerador de raios-x de alta frequencia (55KHz) multipulso; possuir tecnologia de armazenamento de energia via descarga capacitiva, potencia minima de 20 kW, com sistema de controle microprocessado; painel de membrana: teclas do tipo simples toque. Faixas de ajustes kV para Radiografia: 30 a 125 kV - sensibilidade de 1kV, mA p/ Radiografia: 50, 100, 150, 200 e 300, pre-programaveis por software, selecao automatica de focos fino/grosso, tempo de exposicao: 0,01 a 5 segundos. Faixa de mAs: 0,5 a 266 mAs pre-programavel por software, selecao de diferentes postos de trabalho. Indicao de todos os Parametros / Funcoes no display digital (kV, mAs, mA e tempo), programa de deteccao de falhas on-line com indicacao de codigos de erro no display digital do painel com 48 programas anatomico de orgaos por regioao, projecoes ortogonais e obliquas para a realizacao de exames (APR). Protecoes para rotacao de anodo, aquecimento do tubo, filamento do tubo. Combinacoes de tecnicas radiograficas com bloqueio para valores acima da curva caracteristica do tubo. Acionamento de anodo giratorio por impulso rapido, frenagem do anodo do tubo apos exposicao. Cabo disparador em dois estagios com comprimento de 5,0m e cabo de alimentacao com comprimento de 9,0 m. Compartimento para transporte de chassis com capacidade de armazenamento de ate 6 chassis de 35 x 43 cm. Indicador de distancia foco / filme em centimetros. Tecnologia conversora de alta frequencia. Compensacao automatica de tensao de linha de +/- 10%. Braco articulado com sistema conjugado ao gerador, movimento vertical de 144 cm, rotacao do braco articulado em relacao a base de +45°/ -45°, estativa giratoria com braco articulado porta tubo, rotacao do conjunto tubo / colimador sobre o eixo horizontal de +90° / -90°, freios mecanicos e Inclinacao frontal do tubo de -10° / +90°. Colimador manual com campo Luminoso ajustavel indicando area a ser irradiada,</p>	2,00	92.000,00	184.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Controle de Compras
Emissão de Solicitações

=====

acionamento da lampada com temporizador
eletronico de 30s para desligamento automatico do
campo luminoso, rotacao do campo de radiacao de
180o, filtracao inerente equivalente a 2 mm Al,
protecao para ate 125 kV, traco preto reticulado
em cruz para focalizacao e centralizacao da area
de interesse. Unidade selada de alta rotacao
focos 0,6 e 1,5 cupula com revestimento de
chumbo, tubo de Raios-X de Anodo giratorio imerso
em oleo isolante, rotacao do Anodo de 2.800 RPM e
focos de 0,6 e 1,5 mm.

Anexo:

Elaborado por:

Solicitante

Controle Gerencial - Suprimentos

Secretário

4 - Gabinete Prefeito